



제2015-040301-01호

안전인증서

System Sensor de Mexico

Ave. Valle del Cedro 1681, Parque Industrial Intermex, Ciudad Juarez, Chih., 32574 Mexico

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Gas Alert Micro Clip X3 Portable Gas Detector

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

MCX3-XWHM-**-*(Ex ia IIC T4) / 15-KA4BO-0307X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

본 인증서는 'Ave. Valle del Cedro 1681, Parque Industrial Intermex, Ciudad Juarez, Chih., 32574 Mexico'에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

- 4가지 Gas(oxygen, combustibles, carbon monoxide, hydrogen sulphide)를 동시에 연속적으로 모니터링
- 정격전원 : 4.2 V Narada Lithium Polymer 배터리(사용자 교체 불가, part no: NLP883759LT20)
- 사용주위온도 : -20 ℃ ≤ Ta ≤ +50 ℃

3. 인증범위 : 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함

- MCX3-XWHM-**-*(X=Indicates the Oxygen Sensor O/X, W=Indicates the Combustible Sensor O/W, H=Indicates the H2S Sensor O/H/H1-H5, M=Indicates the Carbon Monoxide Sensor O/M/M1-M5, *=Custom parameter, non effecting I.S.)

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 주의사항: 폭발위험장소에서는 배터리를 충전하지 마시오. 제조자를 통해 배터리를 교체 하시오.

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2015 년 10 월 14 일

한국산업기술시험원장



제 2015-040301-01 호

안전인증면제확인서

신청인	사업장명	사업장관리번호
	사업자등록번호	대표자 성명
	소재지	

System Sensor de Mexico
-
Oscar Aguilar
Ave. Valle del Cedro 1681, parque Industrial Intermex, Ciudad Juarez, Chih., 32574 Mexico

면제 확인번호

15-KA4BO-0307X-ex

인증번호

IECEX CSA 05.0015 (Issue No. 11)

안전인증대상 기계·기구명

Gas Alert Micro Clip X3 Portable Gas Detector

형식(규격)

MCX3-XWHM-***

용량(등급)

Ex ia IIC T4

면제내용	면제 항목
	면제 사유 (관련 법령 등)
	안전인증면제 유효기간

형식별 제품심사
산업안전보건법 시행규칙 제58조의2(안전인증의 면제)
-

「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의2제4항에 따라 안전인증 면제 확인서를 발급합니다.

2015 년 10 월 14 일

한국산업기술시험원장

