



제2015-038676-01호

안전인증서

System Sensor de Mexico

Ave. Valle del Cedro 1681, Parque Industrial Intermex, Ciudad Juarez, Chih., 32574 Mexico

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

BW Clip Single Toxic Gas Monitor

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

BWCab-c*****... (Ex ia IIC T4) / 15-KA4BO-0306

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 'Ave. Valle del Cedro 1681, Parque Industrial Intermex, Ciudad Juarez, Chih., 32574 Mexico'에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

- 휴대용 장치로 한 가지 Toxic Gas(CO, H₂S, O₂, SO₂ 중 하나)를 연속적으로 모니터링
- 정격전원 : 3.6 V Lithium-thionyl chloride 또는 Lithium Manganese Dioxide 1차 배터리(사용자 교체 불가)
- 사용주위온도 : -40 °C (for H₂S) / -30 °C (for CO, SO₂) / -20 °C (for O₂) ≤ Ta ≤ +50 °C

3. 인증범위 : 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함

·BWCab-c*****... (a=Service life in years: numbers, b=Real-time display, if installed: R/blank, c=Sensor type: H-H₂S/M-CO/S-SO₂/X-O₂, *****=Custom parameter, not affecting I.S.)

4. 안전한 사용을 위한 조건 : 없음

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2015 년 10 월 14 일

한국산업기술시험원장



제 2015-038676-01 호

안전인증면제확인서

신청인	사업장명	사업장관리번호
	System Sensor de Mexico	-
	사업자등록번호	대표자 성명
-	Oscar Aguilar	
소재지		
Ave. Valle del Cedro 1681, parque Industrial Intermex, Cuidad Juarez, Chih., 32574 Mexico		
면제 확인번호		
15-KA4BO-0306-ex		
인증번호		
IECEX UL 14.0063 (Issue No. 1)		
안전인증대상 기계·기구명		
BW Clip Single Toxic Gas Monitor		
형식(규격)	용량(등급)	
BWCab-c*****...	Ex ia IIC T4	
면제내용	면제 항목	형식별 제품심사
	면제 사유 (관련 법령 등)	산업안전보건법 시행규칙 제58조의2(안전인증의 면제)
	안전인증면제 유효기간	-

「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의2제4항에 따라 안전인증 면제확인서를 발급합니다.

2015 년 10 월 14 일

한국산업기술시험원장

