

EG-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung,
dass das Produkt:

Atemalkoholtestgerät AlcoQuant 6020 plus

mit den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien übereinstimmt:

**2014/30/EU
2014/35/EU
2014/53/EU***

Angewandte Normen:

EN 15964	Atemalkohol-Testgeräte zur Mehrfachverwendung – Anforderungen und Prüfverfahren
EN 61326-1	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 301489-1*	Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) - Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste - Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen
EN 301489-17*	Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste - Teil 17: Spezifische Bedingungen für Breitband-Datenübertragungssysteme
EN 300328*	Breitband-Übertragungssysteme - Datenübertragungsgeräte, die im 2,4-GHz-ISM-Band arbeiten und Breitband-Modulationstechniken verwenden
EN 60950-1*	Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

* AlcoQuant 6020 plus mit Wireless-Modul

Anbringung der CE-Kennzeichnung:



Datum der ersten
CE-Kennzeichnung:

11.01.2012

Aussteller:

ENVITEC-WISMAR GMBH
Alter Holzhafen 18
D-23966 Wismar
Germany

Gültig ab:

13.06.2017

Ort, Datum:

Wismar, 13.06.2017

Rechtsverbindliche Unterschrift:


.....
Marcus Ostländer
Geschäftsführer